

٢

الشروط الفنية لجهاز قياس نسبة الأملاح في النفط الخام

Salt in Crude oil Analyser


توريد جهاز محمول لتحديد نسبة الأملاح في النفط الخام وفق الأنظمة ASTM D3230 و IP 265 وما يعادلها.

المواصفات الفنية للجهاز

Conductivity range	0.0 to 151 lbs/1000bbl (Res: 0.1 lbs/1000bbl) 0.0 to 430.0 g/m3 (Res: 0.1 g/m3)
Temperature range	-20 °C to 150 °C (res: 0.1 °C)
Power supply	battery with charger or mains adaptor /220v, 50 Hz
Supplied with beaker and sensor support stands , transportation case batteries, , instruction manual	
QTY	/1/

رئيس اللجنة

م . حسين ابراهيم



عضو

م . وضاح علوش




عضو

م . مروان سليمان




مدير الهندسة

م . ماهر حاج محمد



رئيس دائرة الأجهزة الدقيقة

م . مورييس السعد



المدير العام

